

令和5年11月 8日

指名競争入札通知書

海南市重根11-1
医療法人 天竹会
理事長 竹中 庸之

入札参加者 各位

下記の物品購入について、指名競争入札に付することにしましたので、入札条件に従い入札に参加してください。

記

- 名 称 : AXシリーズ 4モーター離床センサーiサポ付 83cm幅 木製ボードバッテリー搭載、トータルロック12.5cm双輪キャスター分岐 ホットス、足元灯付き、AB-601Rサドルレール(2本1組) 購入
- 入札実施場所 : 和歌山県海南市重根11-1 3階会議室
介護老人保健施設 天竹苑
- 仕様の確認方法 : 別紙仕様書を確認のこと
- 入札条件 : ■入札書は所定の書式を使用の上、記入押印した封筒に入れ封印をし、所定の時刻に自ら投入してください。
■入札額は、税抜き価格としてください。
■代理人が入札する場合は、委任状を入札前までに代理人が持参して提出してください。
■次の入札は無効となります。
1.談合入札。
2.入札に参加する資格を有しない者のした入札
3.委任状を持参しない代理人のした入札
4.記入押印を欠く入札
5.金額を訂正した入札
- 入札日時 : 令和5年11月22日 午後14:00開始
開札日時 : 令和5年11月22日 午後14:20(予定)
再入札 : 有(3回目まで)

以上

電動介護ベッド等購入仕様書

1. 品目・数量

別紙 1 のとおり

2. 納入場所

介護老人保健施設 天竹苑
和歌山県海南市重根11-1

3. 納入期限

令和6年3月20日

4. 納入物品

別紙 1 「納入物品・数量内訳」

5. 納入について

納入のスケジュールについては、事前に担当者と協議すること。

ベッド等の搬入、据付、調整等の費用については、納入業者負担とすること。

ベッド等の設置後は、十分な調整、機能及び動作試験を行い、異常がないかを確認すること。

据付で発生した廃材等は、納入業者負担にて撤去すること。

6. 検収について

納品に際しては、担当者の検収を受けるものとする。

7. メンテナンス・保証期間等

納入後 1 年間については、無償保証期間とすること。

定期的保守点検を実施できる体制を有すること。

8. その他

その他不明な点は、担当者と協議し指示に従うものとする。

別紙1

1 納入物品・数量内訳

2 メーカー シーホネンス株式会社

品名 離床センサー内蔵型 電動リモートコントロールベッド

品番 AX-72585TS4

(内訳)

離床センサー内蔵型 電動リモートコントロールベッド 10式

サイドレール(2本1組) 10組

(以上、搬入、据付、調整、既存機器引取り、立会運用操作指導等含む)

※上記物品以外は同等品を不可とする

2. 調達物品に備えるべき技術的条件（性能、機能に関する条件）

(1) 4モーター電動ベッド本体は、次の要件を満たすこと。

ベッドの外寸は、全長2115mm、全幅955mm以下である。

② 最低床高は250mm以下、最高床高は675mm以上であること。

誤嚥のリスクを軽減するための電動ヘッドレストを備え、使用環境・症状に応じてヘッドレストの角度を0～30度の間で自動調節することができること。

ヘッドレスト、背上げ、膝上げ、高さ調節を手元スイッチにより操作できる

サイドフレームを有し、オプションで延長フレームが取り付けられる構造であること

。充電式バッテリーを内蔵し停電時・ベッド搬送中などの場合でも手元スイッチで操作が可能であること。

ヘッドボード・フットボードは木製で着脱が可能であり、自動ロックが可能であること。

キャスターはφ125mm以上の双輪キャスターであり、ひとつのペダル操作にて四輪同時ロック・解除ができること。

本システムは利用者の離床または起きあがりの状態を検知し、ナースコール(ケアコム製/アイホン製/その他)へ接続することにより、介護者へ知らせる機能を有する。

⑩ 利用者が離床または起きあがりの状態になった後、自動的に介護者へ通知する。

起きあがり状態の検出感度は通常または弱のいずれかを選択することができる。

⑫ 介護者へ離床を通知するまでの猶予時間は即時または10分かのいずれかを選択できる

。⑬ 利用者の離床時の転倒を予防するため、離床検知に連動して付属のベッドライトを自動的に点灯させる機能を有する。

通知方式(離床 / 起きあがり)の選択、ベッドライトの点灯及び消灯の操作ができる操作スイッチを有する。

上記操作スイッチはヘッドボードやサイドレールに掛けるためのフックを有する。

意図しない離床システムの稼働や停止、設定内容の変更を防止するため、操作スイッチ背面のダイヤルを付属のキーで回すことで、操作スイッチの操作を禁止することができる。

2) サイドレールは、以下の要件を満たすこと。

① (1) に示すベッドと同一メーカーで、当該ベッドに対応するサイドレールであること。

② 主材は、スチールであること。

3 搬入・設置条件及び調整等に関すること

(1) 設置場所は、事業所が指定した場所に設置すること。

(2) 調達物品の搬入及び仕様を満たした据付、配線、調整等の工事について落札業者の負担にて行うこと。

(3) 機械および周辺装置の配線等が必要な場合は、当院の関係者と十分協議したうえで施工すること。

(4) 納入作業は、施設の業務を考慮のうえ十分注意して行うこと。

(5) 納入にあたっては落札業者が責任をもって行い、事故等に関して施設は一切責任を負わないので十分に注意すること。

(6) 落札業者は物品の取扱いに注意し、事故又は過失により損傷した場合はそれを補償すること。

4 サービス体制・保守体制に関すること

(1) 機器は、納入後においても、装置に必要な消耗品及び故障時等に対する部品の安定した供給が、長期間確保できること。

(2) 機器の保守等は本格運用開始から1年間は無償保証期間とし、故障時に際しては、速やかに復旧できる体制であること。

5 その他

(1) 納入期限内に、当院が指定した場所に設置し、安定した稼働が出来ること。

(2) 機器は、要求時点で製品化されていること。

(3) 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度施設と落札業者が協議して定めるものとする。

入 札 書

入札
金額

十	億	千	百	十	万	千	百	十	円

ただし、

納入場所 海南省重根11番地1 介護老人保健施設 天竹苑

入札名称 AXシリーズ4モーター離床センサーベッド一式購入

上記のとおり指定備品について請負をしますから入札します。

令和 年 月 日

住所

氏名

代理人

医療法人 天竹会

理事長 竹中 庸之 様