

令和7年9月10日

一般競争入札通知書

和歌山県海南市重根 11-1
医療法人天竹会
理事長 竹中 庸之

入札参加者 各位

下記の物品購入について、一般競争入札に付することにしましたので、入札条件に従い入札に参加してください。


記

名 称 : 介護老人保健施設 天寿苑 看取り環境の整備
入札実施場所 : 和歌山県海草郡紀美野町下佐々385-1
介護老人保健施設 天寿苑
仕様の確認方法 : 別紙仕様書を確認のこと
入札条件 : ■入札書は各社の書式を使用の上、封筒に入れ封印をしてください。
■次の入札は無効となります。
1.談合入札。
2.金額を訂正した入札
入札日時 : 令和7年9月16日 午前10:00 開始
開札日時 : 令和7年9月16日 午前10:20(予定)
再入札 : 有(3回目まで)

以上

介護老人保健施設 天寿苑 看取り環境の整備（工事）仕様書

工事概要	
天井ゾーン貼替え	床貼替え
壁塗装	木製建具入替え
ゾト巾木貼替え	窓枠、建具枠塗装
内窓設置	スイッチ、コンセント入替え
カーテン入替え	照明移設
レース入替え	
カーテンレール入替え	



工事名 3 階 改修工事	図面名 介護老人保健施設 天寿苑		図面No. 1	
	担当者	設計者	縮尺 1/25	
備考 R7/9/5	管理 目付	設計 目付	担当 目付	
	TEL	FAX		

看取り環境の整備【物品】仕様書

2025 年 9 月 10 日

1. 品目・数量

別紙 1 のとおり

2. 納入場所

介護老人保健施設天寿苑

和歌山県海草郡紀美野町下佐々385-1

3. 納入期限

令和8年3月31日

4. 納入物品

別紙 1 「納入物品・数量内訳」

※本入札において、仕様書に記載された製品以外の同等品での応札は認められません。指定された製品のみを用いて入札してください。

5. 納入について

納入のスケジュールについては、事前に担当者と協議すること。

ベッド等の搬入、据付、調整等の費用については、納入業者負担とすること。

ベッド等の設置後は、十分な調整、機能及び動作試験を行い、異常がないかを確認すること。

6. 検収について

納品に際しては、担当者の検収を受けるものとする。

7. メンテナンス・保証期間等

納入後 1 年間については、無償保証期間とすること。

定期的保守点検を実施できる体制を有すること。

8. その他

その他不明な点は、担当者と協議し指示に従うものとする。

別紙 1

1. 納入物品・数量内訳

メーカー シーホネンス株式会社

品名 低床 3 モーターベッド

品番 SL-3M-83E

品名 サイドレール

品番 K-170R

品名 フィットテックス

品名 SA-1023M

(内訳)

低床 3 モーターベッド 1 台

サイドレール (2 本 1 組) 1 組

マットレス 1 枚

メーカー シーホネンス株式会社

品名 キャンパスベッド

品番 PT-2083

(内訳)

キャンパスベッド 1 台

メーカー アイリスオーヤマ株式会社

品名 冷蔵庫

品番 PRC-B051D-W

(内訳)

冷蔵庫 1 台

メーカー シャープ株式会社

品名 液晶テレビ 19 型

品番 LC-19VK20

(内訳)

液晶テレビ 19 型 1 台

品名 テレビ台

(内訳)

テレビ台 1 台

メーカー ダイキン工業株式会社

品名 UV パワスト

品番 ACBF15Z-S

(内訳)

空気清浄機 1 台

メーカー ダイキン工業株式会社

品名 UV パワスト

品番 ACBF15Z-S

(内訳)

空気清浄機 1 台

メーカー オーケー機材株式会社

品名 キャスター

品番 KKS029A41

(内訳)

空気清浄機 キャスター 1 台

(以上、搬入、据付、調整、立会運用操作指導等含む)

※上記物品以外は同等品を不可とする

2. 調達物品に備えるべき技術的条件（性能、機能に関する条件）

（1）低床 3 モーターベッド本体は、次の要件を満たすこと。

- ① ベッドの外寸は、全長 2070 mm、全幅 916 mm以下である。
- ② 最低床高は 300 mm以下、最高床高は 660 mm以上であること。
- ③ 背上げ、膝上げ、高さ調節を手元スイッチにより操作できる。
- ④ 手元スイッチには誤動作防止の電源ボタンを採用していること。
- ⑤ 手元スイッチはカールコード・フックが個別に交換が出来る仕様であること。
- ⑥ ご利用者の乗り降りに配慮し、格納式オプション受け仕様であること。
- ⑦ ヘッドボード・フットボードは木製であること。
- ⑧ ヘッドボード・フットボードは着脱が可能であり、手動にてロックが可能であること。

- ⑨ キャスターはφ100 mm以上の双輪キャスターであり、ひとつのペダル操作にて四輪同時ロック・解除ができること。
- ⑩ 通気性を考慮し、ベッドのボトムはメッシュボトムを採用していること。

(2) サイドレールは、以下の要件を満たすこと。

- ① (1) に示すベッドと同一メーカーで、当該ベッドに対応するサイドレールであること。
- ② 主材は、スチールであること。

(3) マットレスは、以下の要件を満たすこと。

- ① (1) に示すベッドと同一メーカーで、当該ベッドに対応するマットレスであること。
- ② マットレスのサイズは幅 830 mm×長さ 1910 mm×厚み 80 mmであること。
- ③ マットレスの中材はウレタンフォームであること。
- ④ マットレスのカバーは清拭タイプであること。

(4) キャンパスベッドは、以下の要件を満たすこと。

- ① サイズは幅 1800 mm×奥行 550 mm×高さ 300 mmであること。
- ② 折りたたみが出来ること。
- ③ 折りたたみ時サイズは幅 550 mm×奥行 160 mm×高さ 890 mmであること。

(5) 冷蔵庫は、以下の要件を満たすこと。

- ① 冷蔵庫は幅 470 mm×奥行 447 mm×高さ 496 mmであること。
- ② 1 ドア冷蔵庫で 46 L仕様であること。

(6) 液晶テレビは、以下の要件を満たすこと。

- ① 19 型の液晶テレビであること。
- ② テレビサイズ（外寸）は幅 447 mm×奥行 50 mm×高さ 289 mmであること。
- ③ 受信方法はデジタル放送であること。

(7) テレビ台は、以下の要件を満たすこと。

- ① テレビ台は幅 502 mm×奥行 294 mm×高さ 394 mmであること。
- ② 本体素材はプリント紙化粧繊維板であること。
- ③ 耐荷重は天板 10 kg、移動棚 5 kg、地板 10 kgであること。

(8) 空気清浄機は、以下の要件を満たすこと。

- ① 新紫外線（UVC）LED 搭載空気清浄機であること。

3. 搬入・設置条件及び調整等に関すること

- (1) 設置場所は、事業所が指定した場所に設置すること。
- (2) 機械および周辺装置の設定等が必要な場合は、当施設の関係者と十分協議したうえで調整すること。
- (3) 納入作業は、施設の業務を考慮のうえ十分注意して行うこと。
- (4) 納入にあたっては落札業者が責任をもって行い、事故等に関して施設は一切責任を負わないので十分に注意すること。
- (5) 落札業者は物品の取扱いに注意し、事故又は過失により損傷した場合はそれを補償すること。

4. サービス体制・保守体制に関すること

- (1) 機器は、納入後においても、装置に必要な消耗品及び故障時等に対する部品の安定した供給が、長期間確保できること。
- (2) 機器の保守等は本格運用開始から 1 年間は無償保証期間とし、故障時に際しては、速やかに復旧できる体制であること。

5. その他

- (1) 納入期限内に、当施設が指定した場所に設置し、安定した稼働が出来ること。
- (2) 機器は、要求時点で製品化されていること。
- (3) 本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度施設と落札業者が協議して定めるものとする。

委 任 状

私儀 都合により

を代理人として

令和 年 月 日に入札する下記の入札に関する一切の権限

を委任します。

代理人使用印

印

記

工事場所 和歌山県海草郡紀美野町下佐々385-1 介護老人保健施設天寿苑

入札名称 介護老人保健施設天寿苑 看取り環境の整備

令和 年 月 日

住所

氏名

医療法人天竹会

理事長 竹中 庸之様