

令和5年2月24日

指名競争入札通知書

海南市重根11番地1
医療法人 天竹会
理事長 竹中 庸之

入札参加者 各位

下記の備品購入について、指名競争入札に付することにしましたので、入札条件に従い入札に参加してください。

記

名称 : 簡易陰圧装置購入
入札実施場所 : 和歌山県海南市重根11-1
介護老人保健施設 天竹苑 3階会議室
仕様の確認方法 : 別紙仕様書を確認のこと
入札条件 : ■入札書は所定の書式を使用の上、記名押印した封筒に入れ封印をし、所定の時刻に自ら投入してください。
■入札額は、税抜き価格としてください。
■代理人が入札する場合は、委任状を入札前までに代理人が持参して提出してください。
■次の入札は無効となります。
1. 談合入札
2. 入札に参加する資格を有しない者のした入札
3. 委任状を持参しない代理人のした入札
4. 記名押印を欠く入札
5. 金額を訂正した入札
入札日時 : 令和5年3月1日 午前10:00開始
開札日時 : 令和5年3月1日 午前10:20 (予定)
再入札 : 有 (3回目まで)

仕様書

1. 基本機能

- 1-1. 脱臭機能を有すること。
- 1-2. 除菌機能を有すること。
- 1-3. 集塵機能を有すること。
- 1-4. オゾンくん蒸機能と空気吸引(空気清浄)機能を有すること。
くん蒸機能により、衣類や壁 天井などに着いている付着菌・付着ウイルス、固着臭の除去
空気吸引(空気清浄)機能により、空気中の浮遊菌や浮遊臭の除去。
- 1-5. リモコン操作であること(本体に操作スイッチ無し)。
本体への悪戯または接触による誤操作防止として。
- 1-6. オゾンくん蒸時、オゾン発生量が0.6g/hであること。

脱臭、除菌、集塵機能

- 2-1. 脱臭機能において、オゾン、オゾン分解触媒、脱臭フィルターの重対策を有していること
- 2-2. 除菌機能において、オゾンくん蒸により付着菌を除菌する性能を有する事。
- 2-3. フィルターボックスの吸気側と排気側に2重にHEPAフィルターを配置することにより、集塵率がアップできること。
- 2-4. HEPAフィルター自体に自己除菌対策が施されていること
- 2-5. 空気吸引(空気清浄)機能の適用面積が45m²以上であること
- 2-6. 処理風量が最大3 / 分以上であること。

患者隔離機能

- 3-1. 空気吸引(空気清浄)機能を応用した患者を隔離するための専用テントをオプションで有すること。
- 3-2. 専用テントと組み合わせて使用する際、テント内外の差圧が2.5Pa以上保持できることを検証していること。(米国CDC基準)
- 3-3. 専用テントと組み合わせて使用する際、テント内の空気を1時間当たり12回以上循環できることを検証していること。(米国CDC基準)

その他機能

- 4-1. 機械異常検知ランプが付いていること。
- 4-2. 定期交換部品ランプ(交換時期のお知らせ)が付いていること。
- 4-3. 消費電力は6 以下であること。

委任状

私儀 都合により 〃 を代理人として

令和 年 月 日に入札する下記の入札に関する一切の権限
を委任します。

代理人使用印

ⓐ

記

納入場所 海南省重根 1 1 番地 1 介護老人保健施設 天竹苑

入札名称 簡易陰圧装置購入

令和 年 月 日

住所

氏名

医療法人 天竹会

理事長 竹中 庸之 様

入 札 書

入札
金額

| 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

ただし、

納入場所 海南市重根 1 1 番地 1 介護老人保健施設 天竹苑

入札名称 簡易陰圧装置購入

上記のとおり指定備品について請負をしますから入札します。

令和 年 月 日

住所

氏名

代理人

医療法人 天竹会

理事長 竹中 庸之 様